

TEST KIT CLORO LIBRE/TOTAL Y PH PARA PISCINAS

Referencia: NUT0008

Modelo: FTK 113

Especificaciones:

Escala cloro	0,5-1,0-1,5-2,0-3,0-5,0-6,0 ppm (mg/l)
Escala ph	6,8-7,0-7,2-7,4-7,6-7,8-8,2 unidades de ph
Método	Colorimetría con comparador visual

FTK 113 se suministra con:

- 20 tabletas DPD1 Rapid
- 20 tabletas DPD3 Rapid
- 20 tabletas Phenol Red
- 1 comparador visual
- 1 instrucciones

Instrucciones de uso:

Análisis de cloro libre, combinado y total

1. Enjuagar y llenar la cubeta correspondiente al cloro del comparador hasta la marca con el agua a analizar
2. Añadir 1 tableta DPD1. Tapar y mezclar
3. Comparar el color obtenido con los colores estándar. Anotar el resultado como ppm de cloro libre
4. Añadir 1 tableta DPD3. Tapar y mezclar
5. Comparar el color obtenido con los colores estándar. Anotar el resultado como ppm de cloro total
6. Restar el cloro libre del cloro total. Anotar el resultado como ppm de cloro combinado

Análisis de ph

1. Enjuagar y llenar la cubeta correspondiente al pH del comparador hasta la marca con el agua a analizar
2. Añadir una tableta Phenol Red. Tapar y mezclar
3. Comparar el obtenido con los colores estándar. Anotar el resultado como unidades de ph

Conservación y caducidad

Mantener el kit y sus reactivos en lugar fresco y seco, alejado de temperaturas extremas.

Utilizar los reactivos antes de la fecha de caducidad marcada en el blíster.

Los reactivos DPD son de color blanco, no usarlos si presentan una coloración diferente.